HEIWA

プレミアムヘイワキャッチ取扱説明書

1 包装より取り出し、<u>印字面を上(天)の向き</u>にします。

2 ﾄﾛｶｰﾙ等を経由して体腔内に入れる。

3 ゆっくりと押し出します。

袋を完全に筒から出します。
目的の組織等を袋に入れます。

裏につづく

HEIWA

プレミアムヘイワキャッチ取扱説明書（うら）

④ 回収のし方を説明します。



Bをゆっくり引くとリングが収納されます。

⑤

Bを完全に引き抜きます。

筒から抜去するとこのようになります。

⑥

ひもを引っ張り巾着を閉じます。

最後はそのままトロッカーと一緒に体外に抜くか、またはハサミで糸を切り、筒を抜去してください。

since 1963

株式会社平和医療器械

東京：03-5966-4388 山口：0835-22-3658
宇部：0836-44-5021 www.heiwairyo.co.jp
HP：”平和医療”で、検索可
製造販売業許可番号 35B2X10001